

3/SPMED/2018

**Odpowiedzi na zapytania 2
złożone do postępowania na dostawę sprzętu medycznego**

Część nr 3

Pytanie 1.

Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści nowoczesny respirator transportowy marki o poniższych parametrach użytkowych?

PARAMETRY OGÓLNE	
1.	Nowoczesny respirator transportowy z możliwością wentylacji noworodków (wentylacja manualna), dzieci oraz dorosłych
2.	Niska waga urządzenia - 2,4kg
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRODUKTU	
3.	Zasilanie: pneumatyczne, suchy bezolejowy gaz, ciśnienie 280-600 kPa
4.	Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
5.	Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8-40 odd/min
6.	Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70-1500ml
7.	Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 odd/min) do 1:2,5 (przy 8 odd/min)
8.	Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
9.	Zintegrowana zastawka PEEP: zakres regulacji 0-20 cm H2O
10.	Przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min
11.	Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0-12,5 l/min
12.	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%
13.	Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20-60 cm H2O
14.	Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do +80 cm H2O
15.	Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
16.	System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych
17.	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
18.	Jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta
19.	W zestawie: uchwyt karetkowy oraz 10szt jednorazowych obwodów pacjenta

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w pkt.4b) Formularza ofertowego (strona trzecia) na : „ regulacja częstości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 8-40 oddechów na min. , pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Część nr 5

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 4,2 kg. Reszt zgodna z SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Część 3

Pytanie1.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania powszechnie stosowanego respiratora transportowego o regulacji objętości w zakresie 2-14 l/min oraz częstości oddechowej regulowanej w zakresie 8-40 oddechów/min? Parametry te pozwalają na uzyskanie objętości pojedynczego oddechu w zakresie 50 - 1750ml.

ODPOWIEDŹ: **ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dokonuje zmiany w pkt.4b) Formularza ofertowego (strona trzecia) na : „ regulacja częstości oddechowej w zakresie nie mniejszym niż 8-40 oddechów na min. , pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pneumatycznego respiratora transportowego, którego konstrukcja została tak zaprojektowana aby zarówno do pracy, jak i do sterowania alarmami wykorzystywał jedynie tlen bez konieczności posiadania zasilania bateryjnego panelu sterowania z czasem pracy baterii min 1 rok, a co za tym idzie nieposiadającego również alarmu rozładowania baterii.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z SIWZ

Część nr 5

1. Czy Zamawiający dopuści ssak przenośny z płynną regulacją podciśnienia w zakresie od 20 do 80kPa?
2. Czy Zamawiający dopuści ssak z akumulatorem Ni-MH, który charakteryzuje się bardzo zredukowanym efektem pamięci ?
3. Czy Zamawiający dopuści ssak o czasie pracy 30 min. na akumulatorze wewnętrznym?
4. Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze max. 4,5 kg?
5. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w poręczną torbę transportowa wykonaną z mocnego i trwałego materiału, wyposażoną w dodatkową kieszeń na akcesoria?

ODPOWIEDŹ: pkt.1-5 Zgodnie z SIWZ

Otrzymują:

Wykonawcy, strona internetowa

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Zasobami
Bogusława Dziewońska

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz