



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

3/SMJU/2020

Kraków 10.03.2020r.

Odpowiedzi zapytanie na złożone do postępowania: 3/SMJU/2020

Pytanie 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia i wyjaśnienia:

Część 1, poz. 51

Czy zamawiający wydzieli poz.51 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 1:

Nie

Pytanie 2:

Część 1, poz. 51

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania i nie zmienia zapisów w SIWZ

Pytanie 3:

Część 1, poz. 51

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kolekcja igły biorecznej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie wymogów dotyczących poz. 51. Wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry zostały podane w SIWZ.

Pytanie 4:

Część 1, poz. 51

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 4

Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu bez ftalanów. Informacja o braku zawartości ftalanów powinna być czytelna dla użytkownika – może być w formie symbolu lub tekstu. Powinna znajdować się na etykiecie lub opakowaniu indywidualnym.

Pytanie 5:

Część 1, poz. 51

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź 5

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymogów dla poz.51.

Pytanie 6:

Część 1, poz. 51

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź 6

Nie, Zamawiający dopuszcza takie opakowanie, ale nie wymaga zaproponowanego rozwiązania.

Pytanie 7:

Część 1, poz.19

Czy zamawiający dopuści wymiar plastra do mocowania kaniul 6 cm x 8 cm?

Odpowiedź 7

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymogów dla poz.19

Pytanie 8:

Część 1, poz. 19

Czy zamawiający dopuści plaster z zintegrowanym opatrunkiem bez dodatkowej podkładki?

Odpowiedź 8

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymogów dla poz.19

Pytanie 9:

Część 1, poz. 19,21,48,80,83,3-5,37-43

Czy zamawiający wydzieli poz. 19,21,48,80,83,3-5,37-43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź 9

Nie, Zamawiający nie wydziela zaproponowanych pozycji do oddzielnego pakietu.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 10:

Część 1, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści cewnik do podaży tlenu w rozmiarze uniwersalnym, o długości dreny ok. 200 cm?

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących rozmiarów cewników, dopuszcza długość ok. 200 cm.

Pytanie 11 :

Część 1, poz. 37-43

Czy zamawiający dopuści maski z drenem o długości 200 cm?

Odpowiedź 11

Tak, Zamawiający dopuszcza maski z drenem o długości 200 cm.

Pytanie 12 :

PAKIET NR 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 7.

Odpowiedź 12

Nie, Zamawiający nie wydziela poz.7 z pakietu 3

Pytanie 13 :

PAKIET NR 3

**W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:
w pozycji 2 układu o poniższych parametrach;**

UKŁAD - Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: ramię podgrzewane, kompatybilne z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych. Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 140 cm, (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Etykieta układu zawierająca datę ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA

Odpowiedź 13

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące asortymentu w poz.2. Jeżeli zaproponowany układ spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 14 :

PAKIET NR 3



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

W pozycji 3 komór o poniższych parametrach;

Komora z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w zintegrowany zawór odpowietrzający, komora posiadająca dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta. Komora przeznaczona do użytku przez 14 dni, posiadająca datę ważności na opakowaniu.

Odpowiedź 14

Zamawiający określił minimalne wymagania dotyczące asortymentu w poz.3. Jeżeli zaproponowana komora spełnia wymagania określone w SIWZ, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 15 :

PAKIET NR 3

W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

W pozycji 4 układów o poniższych parametrach;

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy: dwuramienny podwójnie podgrzewany, kompatybilny z markami popularnych nawilżaczy używanych na oddziałach szpitalnych.

Odcinek podgrzewany wdechowy o długości 150 cm, odcinek wydechowy podgrzewany o długości 140 cm (odcinek przedłużający ramię wdechowe do inkubatora – długość 30 cm), dren ciśnieniowy o długości 180 cm.

Układ zawierający spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Obrotowy port pacjenta ułatwia prawidłowe ułożenie układu np. w inkubatorze. Lekki i elastyczny materiał, z którego wykonane są rury zapewnia prawidłowe, wysokowydajne ogrzewanie.

Układ zawierający komorę z automatycznym poborem wody o pojemności 245 ml. Komora wyposażona w dwa pływaki kontrolujące prawidłowy poziom wody w komorze oraz zapobiegające przedostaniu się wody do układu pacjenta.

Układ, komora stanowią komplet tj. znajdują się w jednym opakowaniu, które ma oznaczoną datę produkcji i ważności produktu.

Możliwość stosowania układu 30 dni u jednego pacjenta, układ wykonany z materiałów niezawierających DEHP,BPA.

Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16 :

PAKIET NR 3

W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

W pozycji 8 czapeczek o poniższych parametrach;

Wykonane z bawełny, wyposażone w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży. Wielkość czapeczki oznaczona jest kolorem w sposób trwały. Czapeczkę można rozwiązać by uzyskać dostęp do ciemączka. Dostępne w 10 rozmiarach dla Zamawiającego.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 16

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 17 :

PAKIET NR 3

W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

W pozycji 9 końcówek o poniższych parametrach

Końcówka wykonana jest z wysokogatunkowego miękkiego silikonu, wyposażona w dwie cylindryczno stożkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne połączenie noworodka nie powodując urazów nosa. Końcówka jest osadzona kuliście w korpusie końcówki, co dodatkowo uszczelnia otwory nosowe. Końcówka dopasowuje się do zarysu nosa. Rozmiar jest oznaczony kolorem i dodatkowo opisany symbolem na końcówce. Dostępnych jest pięć rozmiarów końcówek oznaczonych kolorami. Do ustalenia prawidłowego rozmiaru końcówki służy miarka. Dostępne w 4 rozmiarach dla Zamawiającego

Odpowiedź 17

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 18 :

PAKIET NR 3

W przypadku wydzielenia z pakietu 3 poz.7 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie

W pozycji 10 maseczek o poniższych parametrach;

Maska nosowa wykonana z miękkiego silikonu o zróżnicowanej grubości ścianek z małą przestrzenią martwą, w różnych rozmiarach XS; S; M; L; XL oznaczone kolorami i literami, łącząca generator z noworodkiem, posiadająca przeziernie okienko do obserwacji wnętrza oraz kontroli stanu i drożności nosa. Kształt maski anatomiczny zapewniający szczelność oraz zapobiegająca urazom nosa w miejscu kontaktu z pacjentem

Odpowiedź 18

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 19 :

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 44 oraz 45 z pakietu 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wydzielił poz.44 i 45 z pakietu 1

Pytanie 20 :

Część 4 , pozycja nr 1.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego, produkowanego przez renomowaną firmę, spełniającego wymagania Zamawiającego, przeznaczonego do stosowania w warunkach szpitalnych i działania Pogotowia Ratunkowego, z odstępniem od wymogu posiadania rekomendacji Co TCCC, ponieważ rekomendacja Co TC3 wymagana jest w przypadku zastosowania opatrunków w warunkach polowych.

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ dotyczących wymogów dla asortymentu z poz.1 część 4

Pytanie 21 :

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 7 w pakiecie nr 3 , oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wydzielił poz.7 z części nr.3

Pytanie 22 :

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 4

Czy Zamawiający oczekuje układu oddechowego do SIPAP w komplecie z jednorazową, samonapełniającą się komorą do nawilzacza?

Odpowiedź 22:

Zamawiający oczekuje układu oddechowego do SIPAP bez komory nawilzacza.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy do respiratora Fabian był sterylny?

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 24

Dotyczy wymogu art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź 24:

Tak.

Pytanie 25

Część nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem AQL=1.0, opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie dopuszcza rękawic z poziomem AQL = 1.0, dopuszcza zaproponowany sposób pakowania rękawic

Pytanie 26

Część nr 5, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic równoważnych, nitrylowych, bezpudrowych, niesterylnych, chlorowanych od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Rękawice zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków z min. 10 na 5 poziomie odporności wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczane do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu.

Odpowiedź 26:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych rękawic i nie zmienia wymogów dotyczących parametrów rękawic.

Pytanie 27

Dotyczy zadanie nr 4 - sprzęt do tamowania krwotoków

Dotyczy pozycja nr 2 - staza taktyczna - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stazy w kolorze czarnym, staza nieposiadająca określonego terminu ważności przy spełnieniu wszystkich pozostałych warunków opisanych w siwz?

Odpowiedź 27:

Zamawiający nie dopuszcza staz w kolorze czarnym.

Pytanie 28

dotyczy Części 1 poz. 8

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x56 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 28:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar elektrod

Pytanie 29

dotyczy Części 1 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 29:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar elektrod.

Pytanie 30:

dotyczy Części 1 poz. 9

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 30:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozmiaru elektrod

Pytanie 31

dotyczy Części 1 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody okrągłej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozmiaru elektrod

Pytanie 32

dotyczy Części 1 poz. 10

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy 24 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar elektrod.

Pytanie 33

dotyczy Części 1 poz. 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie igieł iniekcyjnych w rozm. 0,6x30 mm pakowanych po 100 szt.

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar igieł

Pytanie 34

dotyczy Części 1 poz. 19

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 6 cm x 8 cm, sterylne, do mocowania kaniul, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte klejem akrylowym, centralnie umieszczony wkład chłonny zabezpiecza przed przywieraniem włókniny do miejsca wkłucia, zaokrąglone brzegi zapobiegają przypadkowemu odklejeniu opatrunku, posiadający mikropory w strukturze włókniny zapewniają odpowiednią przepuszczalność, dzięki czemu zachodzi prawidłowa wymiana gazowa między opatrunkiem a skórą, opatrunek elastyczny – dopasowuje się do kształtów ciała, zapewnia swobodę ruchów, posiada warstwę zabezpieczającą z papieru silikonowanego ułatwiającą precyzyjną i skuteczną aplikację.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 33 34

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących poz.19 i nie dopuszcza zaproponowanych plastrów.

Pytanie 35

dotyczy Części 1 poz. 37

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie maski z drenem 200 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź 35

Zamawiający dopuszcza maskę z drenem 200 cm.

Pytanie 36

dotyczy Części 1 poz. 81

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki bursztynowej 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, posiadającą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalą pomiarową, bez prostopadłego wycięcia na tłoku, sterylna, opakowanie folia-papier.

Odpowiedź 36

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 37

dotyczy Części 1 poz. 82

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Strzykawki 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadającą podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalą pomiarową, bez prostopadłego wycięcia na tłoku sterylna, opakowanie folia-papier.

Odpowiedź 37

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 38

Części 1 poz. 83

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych.

Odpowiedź 38

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 39

Dotyczy pakietu 8.

Prosimy o dopuszczenie - Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna w kształcie kropli zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny o stałej objętości, bez możliwości regulacji. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a kodowana końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym i ułatwia identyfikację. Maseczki dostępne w rozmiarach od 1 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl



lub

Jednorazowa maseczka twarzowa anestetyczna kształt kropki lub okrągły, zapewniająca anatomiczne dopasowanie i skuteczne uszczelnienie. Maseczka wyposażona w mankiet powietrzny z możliwością regulacji jego objętości (zawór) oraz w pierścień mocujący kodowany kolorem, ułatwiający identyfikację rozmiaru. Przezroczysty korpus umożliwia stałą obserwację stanu pacjenta, a końcówka zapewnia stabilne połączenie z układem oddechowym. Maseczki w rozmiarze od 4-6 wyposażone są w antypoślizgowe krawędzie. Maseczki dostępne w rozmiarach od 0 - noworodkowa do 6 - duży dorosły. Materiał PCW i PC, bez DEHP i lateksu.



Odpowiedź 39

Zamawiający dopuszcza oba proponowane typy masek

Pytanie 40

Część 1 poz. 13-23

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź 40

Zamawiający nie wydziela zaproponowanych pozycji do oddzielnego pakietu



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 41

Część 1 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku o wymiarach 6x8cm.

Odpowiedź 41

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozmiaru opatrunku

Pytanie 42

Część 1 poz.19

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź 42

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 43

Część 1 poz.21

Czy Zamawiający wymaga aby trzpień znajdował się poniżej krawędzi koreczka co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 44

Część 1 poz.77

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź 44

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną wielkość opakowania.

Pytanie 45

Część 1 poz.76-79

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały tłok w kontrastującym kolorze innym niż biały/mleczny?

Odpowiedź 45

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 46

Część 1 poz.76-80

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały nazwę producenta na cylindrze

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 47

Część 1 poz.80-82

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka posiadała dwustronną skalę pomiarową?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 48

Część 1 poz.80

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź 48

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 49

Część 1 poz.81,82

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50/60ml.

Odpowiedź 49

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie 50

Część 6 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dla noworodków wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

Odpowiedź 50

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących po 1,2 i nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 51

Część 6 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dla noworodków wykonanych z FEP.

Odpowiedź 51

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących po 1,2 i nie dopuszcza zaproponowanych kaniul.

Pytanie 52

Część 6 poz.1,2

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź 52

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 53

Część 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby bezpośrednio na kaniuli znajdowała się nazwa producenta lub nazwa materiału z którego została wykonana, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia, bowiem na każdym opakowaniu jednostkowym kaniul widnieją obie nazwy.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 53

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących poz.3, część 6

Pytanie 54

Część 6 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiadająca 2 paski radiocieniujące, posiada samodomykający się koreczek portu bocznego, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, wyposażona w filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka, bez nazwy producenta bezpośrednio na kaniuli. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 X 32	90 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

Odpowiedź 54

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących poz.3 część 6 i nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań w zakresie ilości pasków radiocieniujących oraz miejsca umieszczenia nazwy producenta, dopuszcza zaproponowane przepływy.

Pytanie 55

Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną typu wenflon, bezpieczną PUR, z samodomykającym się portem bocznym wyposażoną w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem, z filtrem hydrofobowym, 6 liniami RTG, z oznaczeniem przepływu na opakowaniu jednostkowym, z przezroczystą komorą kontrolą umożliwiającą łatwe wzrokowe potwierdzenie prawidłowego wkłucia do żyły, z logo producenta na korku, renomowanej firmy w rozmiarach i przepływach:

22G 0,9x25mm, 36ml/min
20G 1,1x25mm, 65ml/min
20G 1,1x32mm, 61ml/min
18G 1,3x32mm, 105ml/min
18G 1,3x45mm, 100ml/min
17G 1,5x45mm, 142ml/min
16G 1,7x45mm, 200ml/min
14G 2,1x45mm, 305ml/min?



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 55

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących poz.3 część 6 i nie dopuszcza zaproponowanych rozwiązań w zakresie pasków radiocieniujących oraz miejsca umieszczenia logo producenta, dopuszcza zaproponowane przepływy.

Pytanie 56

Część nr 5 - rękawice lateksowe chirurgiczne, lekko pudrowane
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5 - poziomem szczelności dopuszczonym przez normę EN 455.

Odpowiedź 56

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących poziomu AQL rękawic.

Pytanie 57

Część nr 5 - rękawice lateksowe chirurgiczne, lekko pudrowane
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych po 1 parze w opakowanie papier-papier, które spełnia wymogi opakowania wyrobu sterylnego.

Odpowiedź 57

Zamawiający dopuszcza zaproponowany sposób pakowania rękawic.

Pytanie 58

Część nr 5 - rękawiczki nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe - wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych
poz. 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chlorowanych, które poddawane są procesowi chlorowania w celu usunięcia resztkowych substancji chemicznych użytych w procesie produkcji.

Odpowiedź 58

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie 59

Część nr 5 - rękawiczki nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe - wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych
poz. 10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL=1,5 - poziomem szczelności dopuszczonym przez normę EN 455.

Odpowiedź 59

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania

Pytanie 60

Część nr 5 - rękawiczki nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe - wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych
poz. 14. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania badań (nie starszych niż z 2017 r.) na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 wystawionych przez jednostkę niezależną. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne uzasadnienie.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Odpowiedź 60

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących parametrów jakościowych rękawic w zakresie badań potwierdzających zgodność z normą ASTM F 1670 na przenikanie krwi syntetycznej. Charakter pracy Zespołów Ratownictwa Medycznego wiąże się z częstym kontaktem pracowników z krwią pacjentów, stanowiącą potencjalnie zakaźny materiał. Aktualne badania potwierdzające odporność rękawic na przenikanie krwi dają lepszą gwarancję bezpieczeństwa pracowników.

Pytanie 61

Część nr 5 - rękawiczki nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe - wymagane parametry jakościowe rękawic niejałowych

poz. 19. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu opakowania z otworem zabezpieczonym folią trwale przymocowaną do opakowania zapobiegającą kontaminacji rękawic.

Zgodnie z art. 7. 1. ustawy Pzp, cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców...”.

Odpowiedź 61

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących opakowania rękawic z otworem zabezpieczonym dodatkowo folią. Folia ta ma za zadanie zapobiec kontaminacji rękawic oraz ułatwić wyciąganie pojedynczych sztuk z opakowania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego na rynku polskim jest kilku producentów rękawic oferujących takie rozwiązanie.

Pytanie 62

dotyczy Części nr 5 poz. 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic, które:

a) na potwierdzenie dopuszczenia przedmiotu zamówienia posiadają odpowiednio: Certyfikat Badania Typu UE, Deklarację Zgodności oraz Formularz zgłoszenia produktu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, które obecnie są wymagane,

b) rękawice zostały przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 – posiadają badania (badanie rozpoczęte 23 sierpnia 2013 r., badanie zakończone 6 września 2013 r.) – dokument – raport z badania – wydany przez producenta dnia 10 sierpnia 2016 r. – badanie jest wciąż aktualne (pragniemy zwrócić uwagę, iż wskazane badanie wykonuje się raz i dokument nie traci na ważności). Dodatkowo rękawice są zgodne z równoważną do normy ASTM F 1671 (normy amerykańskiej), normą obowiązującą na terenie Unii Europejskiej, tj. EN ISO 374-5: 2016, która dowodzi, że rękawice chronią przed bakteriami i grzybami, jak również chronią użytkownika przed wirusami (na potwierdzenie Wykonawca przedłoży Certyfikat Badania Typu UE wydany dnia 18.09.2019 r.),



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

c) ponadto zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaoferowania rękawic, które nie zostały przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670. Zamawiający wprowadził dla pozycji nr 2 dla Części nr 5 wymóg zgodności z normą ASTM F1670 oraz ASTM F1671. Wymóg Zamawiającego dot. zgodności z normą ASTM F1670 nie znajduje uzasadnienia, ponieważ:

- norma ASTM F1670 jest mniej precyzyjna i dokładna w stosunku do normy ASTM F1671. Wynik badania opiera się w większej mierze na wizualnej ocenie, niż rzetelnym pomiarze. To norma ASTM F1671 jest gwarantem większego bezpieczeństwa użytkownika rękawic,
- pozytywny wynik badania według normy ASTM F1670 stanowi jedynie wstępną ocenę odporności na przenikanie krwi i innych płynów ustrojowych i predestynuje do dalszych, bardziej szczegółowych badań, przy wykorzystaniu technik analitycznych z zakresu normy ASTM F1671.

Powyższe informacje stanowią, iż to badanie zgodne z normą ASTM F1671 potwierdza bezpieczeństwo użytkownika rękawic, a dodatkowy wymóg posiadania badania na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 jest bezcelowe. Z związku z faktem, iż badanie ASTM F1670 jest zbędne, Wykonawcy w zdecydowanej większości nie posługują się tym badaniem oraz go nie wykonują.

d) dodatkowo prosimy również o zgodę na zaoferowanie rękawic, których otwór opakowania nie posiada przymocowanej folii do opakowania. Pragniemy przy tym zwrócić uwagę Zamawiającego, iż taka folia być może w nieznaczny sposób chroni rękawice przed kontaminacją rękawic, ale w sposób znaczący podwyższa ryzyko wnikięcia zanieczyszczeń do środka opakowania. Już po krótkim czasie użytkowania taka folia ulega zniszczeniu oraz przeszkadza

w swobodnym wyciąganiu rękawic za mankiet, przez co dłoń użytkownika ma styczność z pozostałymi rękawicami opakowania, narażając na ich zanieczyszczenie. To powoduje, iż produkcja takich opakowań nie spełnia swoich założeń i przynieść może więcej szkód. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 62

W odniesieniu do pkt a): Zamawiający dopuszcza rękawice posiadające wymienione dokumenty.

W odniesieniu do punktu b): Zamawiający dopuszcza rękawice, które są zgodne z równoważną do normy ASTM F1671 (normy amerykańskiej), normą obowiązującą na terenie Unii Europejskiej, tj. EN ISO 374-5: 2016.

W odniesieniu do punktu c): Zamawiający nie dopuszcza rękawic, które nie zostały przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670.

W odniesieniu do punktu d): Zamawiający nie dopuszcza rękawic, których otwór opakowania nie posiada przymocowanej folii do opakowania

Pytanie 63

Pytania do wzoru umowy:



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

1. Wnosimy o modyfikację projektu umowy poprzez wykreślenie § 6 ust. 1. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972,

s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

2. Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. UZASADNIENIE: Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także zasady prawa cywilnego, wynikające z art. 5 KC, zgodnie

z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie

w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

3. Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianej nim kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

4. Wnosimy o dookreślenie pojęcia „nieistotności” wyrażonego w § 12 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POiŚ. (E. Grabowska-Szweicer,



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

5. Wnosimy o modyfikację § 12 ust. 3 pkt 1) poprzez nadanie mu następującej treści: zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty

w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności

z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

6. Wnosimy o wykreślenie § 13 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej."

Odpowiedź 63

Ad.1 Zamawiający nie wykreśla § 6 ust.1. Zamawiający zawiera umowę o zamówienie publiczne, by mieć zapewnioną ciągłość jej realizacji , czyli ciągłość dostaw.

Ad.2 Zamawiający nie wydłuża terminu.

Ad.3 Zamawiający w §9 ust.1 lit.c) dokonuje zmiany poprzez obniżenie kary umownej do 10% ceny zawierającej podatek VAT , obliczonej na podstawie załącznika nr 1 do niniejszej umowy w zakresie niedostarczonego zgodnie z zamówieniem asortymentu.

Ad.4 Nieistotność dotyczy : danych osób upoważnionych do kontaktów podczas realizacji umowy, zmiany adresu siedziby Wykonawcy, telefonu, mail-a .

Ad.5 Zamawiający nie dokonuje zmiany.

Ad.6 Zamawiający nie dokonuje zmiany.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 64

Część nr 1, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści cewnik bez zmrożonej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 64

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65

Część nr 1, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści cewnik bez zmrożonej powierzchni, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 65

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Część nr 1, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści okrągłe elektrody o średnicy 50mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 66

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

Część nr 1, pozycja nr 9 – Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarze 36 x 50 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 67

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 68

Część nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści elektrody okrągłe o średnicy 25 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 68

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69

Część nr 1, pozycja nr 10 – Czy zamawiający dopuści kranik z przedłużaczem 7-10cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 69

W części nr. pozycja nr.10 opisane są elektrody, kraniki z przedłużaczem opisane są w poz. 23. Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość przedłużacza w kranikach z poz.23

Pytanie 70

Część nr 1, pozycja nr 25-29 – Czy zamawiający oczekuje łyżek plastikowych?

Odpowiedź 70

Zamawiający wymaga łyżek jednorazowego użytku, dopuszcza łyżki plastikowe.

Pytanie 71



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Część nr 1, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości $\pm 10\%$ od wartości jakiej wymagał, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 71

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 72

Część nr 1, pozycja nr 26 – Czy zamawiający odstąpi od zapisu "zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec", przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź 72

Zamawiający odstępuje od zapisu: „zapakowana dodatkowo w ochronny pokrowiec”

Pytanie 73

Część nr 1, pozycja nr 26 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości $\pm 10\%$ od wartości jakiej wymagał, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 73

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 74

Część nr 1, pozycja nr 27 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości 120 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 74

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Część nr 1, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości 140 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 75

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 76

Część nr 1, pozycja nr 29 – Czy zamawiający dopuści łyżkę do laryngoskopu o długości 160 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 76

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77

Część nr 1, pozycja nr 44, 45 – Czy zamawiający dopuści aby, średnica nakłuwacza różniła się o $\pm 20\%$, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 77

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 78



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Część nr 1, pozycja nr 76-79 – Czy zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia skali, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź 78

Zamawiający nie dopuszcza.

Wszystkie zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Otrzymują:

1x Zadający pytanie

1x Strona internetowa

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Marek Maślerz